

## T moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara T

kod: M1054



Wejście dla termopary T (Cu-CuNi). Zakres pomiarowy -200 do +400°C. Dokładność  $\pm 0.3\%$  odczytu +1.5°C. Linearyzacja, kompensacja zimnych końców termopary. Bez izolacji galwanicznej.

### Dane techniczne